

## **1. számú kiegészítő tájékoztatás**

az **MTA Energiatudományi Kutatóközpont** (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.), mint ajánlatkérő által megindított „**1 (egy) darab, új hidrogén és oxigén analizátor beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energiatudományi Kutatóközpont részére**” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekre:

### **Kérdések-válaszok:**

#### **1. kérdés:**

*„A készülékkel szemben támasztott követelmények 4. pontja: A hidrogén meghatározását hővezetőképesség-mérő cellákkal végezzé el. Kérdés: A hidrogén meghatározását elfogadják-e infravörös cellával?”*

#### **Válasz:**

Igen, ajánlatkérő elfogadja olyan berendezés megajánlását is, amely a hidrogén meghatározását infravörös cellával végzi.

#### **2. kérdés:**

*„A műszaki leírás nem tesz említést a mérlegről. Kérdés: Az ajánlat magában foglalja-e a megfelelő mérleget a mintatömeg beméréséhez?”*

#### **Válasz:**

Nem, a mintatömeg beméréséhez szükséges mérleg nem része tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki tartalmának, ajánlatkérő nem kéri a mérleg megajánlását.